

一、技术参数

- ★1、采用硬质金属镜管，耐用性强，不易损坏；
- 2、胆道镜后端四通阀采用分体式设计，便于清洗保养
- 3、内窥镜镜管外径（mm） $\leq \Phi 4.65$ mm，可进入胆囊管处理嵌顿结石；
- 4、内窥镜工作长度（mm） ≤ 251 mm,；
- 5、器械通道直径（mm） $\geq \Phi 2$ mm，可进入硬性、半软性或软性多种手术器械（如电凝棒、碎石杆、活检钳、取石网篮等）；
- 6、视向角 $\geq 10^\circ$ ；
- 7、视场角 $\geq 60^\circ$ ；
- 8、物距： 3mm~30mm；
- 9、可配置带负压吸引功能的外鞘管，方便处理泥沙样结石，提高手术效率；

二、配置清单

- | | |
|-----------|-----|
| 1、胆道镜 | 1套 |
| 2、活检钳椭圆形 | 2个 |
| 3、按钮状电极 | 1个 |
| 4、高频单极连接线 | 1根 |
| 5、器械消毒篮 | 1个 |
| 6、防水封帽 | 5个 |
| 7、保护帽 | 20个 |
| 8、单向阀 | 5个 |

3. 商务条件

3.1 交货期

合同签订之日起 30 日内交付。

3.2 交货地点

用户指定地点

3.3 付款方式

签订合同后预付合同金额的 30%，设备到货安装、经招标人验收合格且收到货物全额发票后支付至合同金额的 100%。

付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的合同发票，否则甲方有权拒绝支付货款。

3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：包修3年，维修期间提供备用镜。。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。